

Wilczęta, 10.10.2018 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-ODPOWIEDŹ  
NA ZAPYTANIE**

Dotyczy postępowania:

pn.: „Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”

w związku z zapytaniem dotyczącym wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”

**Zamawiający przedstawia poniżej pytania i udziela odpowiedzi:**

**Pytanie 1:**

Czy wymagają Państwo gwarancji producenta 8 lat czy gwarancji oferenta 8-letniej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 8-letniej gwarancji producenta.

**Pytanie 2:**

Czy wymagają Państwo certyfikowanego uchwytu do defibrylatora z normą PN EN 1789 (zgodnie z wytycznymi KSRG) dedykowanego do zaproponowanego defibrylatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby defibrylator był wyposażony w certyfikowany uchwyt zgodny z normą PN EN 1789.

**Pytanie 3:**

Co mają Państwo na myśli pisząc „zestaw powinien być skonfigurowany do pracy w 2 trybach”?

**Odpowiedź:**

Zestaw powinien być skonfigurowany do pracy w trybie dla dorosłych oraz w trybie pediatrycznym.

**Pytanie 4:**

Ile elektrod wymagają Państwo w zestawie z AED? Czy mogą być elektrody uniwersalne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga z zestawie AED jeden komplet elektrod standardowych oraz komplet elektrod zapasowych.

**Pytanie 5:**

Czy wymagają Państwo klucza pediatrycznego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga w zestawie AED klucza pediatrycznego.

**Pytanie 6:**

Czy wymagają Państwo zestaw szkoleniowy?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga, aby zestaw AED posiadał zestaw szkoleniowy.


**Pytanie 7:**

Odnosnie zestawu PSP R1? Jaką butlę wymagają Państwo w zestawie? Aluminiową czy stalową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma wymagań odnośnie butli w torbie ratowniczej. Dopuszcza się zarówno butlę aluminiową, jak i stalową.

**W związku z niniejszym zapytaniem Zamawiający nie przedłuża terminu składnia ofert.**

  
W O J T  
Beata Andrzejczuk